


# Certificado de Calibração n.º 5083/2009

Folha 2 de 2

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre/Inmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL0013.

Resultados (O ajuste, quando realizado, não faz parte do escopo da acreditação)

Autenticação	Valor da massa convencional antes do ajuste	Valor da massa convencional	Incerteza de medição
1	----	500 g -128 mg	1 mg
2	----	500 g -145 mg	1 mg
3	----	500 g -87 mg	1 mg
4	----	500 g -87 mg	1 mg
5	----	500 g -82 mg	1 mg
6	----	500 g -80 mg	1 mg
9	----	5 kg -104 mg	12 mg
10	----	5 kg -175 mg	12 mg
11	----	5 kg -905 mg	12 mg
12	----	5 kg -309 mg	12 mg
13	----	5 kg -274 mg	12 mg
14	----	5 kg -561 mg	12 mg
15	----	5 kg -488 mg	12 mg

  
Marcos Augusto Bandini  
Signatário autorizado